

## 质量分析报告

批号: M21072101

产品: 杀孢子剂

型号: MS-I

有效期至: 2023年07月21日

规格: 1000ml

保存条件: 置于 2-30℃, 阴凉干燥通风处, 避免阳光直射。

检验项目	检测指标	检验数据	检验结果
感官指标	无色澄清液体, 有刺激性气味	无色澄清液体, 有刺激性气味	符合要求
理化指标	PH①:1.5--3.0	1.9	符合要求
	过氧化氢含量②: 6-7.95%	7.63%	符合要求
	过氧乙酸含量③: 0.1%-0.35%	0.251%	符合要求
杀灭微生物效果(悬液法)④	金黄色葡萄球菌 ATCC6538(作用时间 1min, 杀灭对数值≥5	>6.52	符合要求
	大肠杆菌 8099 (作用时间 1min, 杀灭对数值≥5	>6.67	符合要求
	枯草芽孢杆菌黑色变种 ATCC9372 (作用时间 5min, 杀灭对数值≥5	>6.23	符合要求
装量差异⑤	>985ml	>985ml	符合要求

①按卫生部《消毒技术规范》(2002年版) 2.2.1.4的规定进行。

②按《工业过氧化氢 GB/T1616》的规定进行

③按《上海迈克斯生物科技有限公司企业标准 M/SHMKS 001-2021》的规定进行。

④按卫生部《消毒技术规范》(2002年版) 2.1.1.7.4的规定进行。

⑤按《定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070》的规定执行。

上海迈克斯生物科技有限公司

质量授权人签字:

2021年07月31日

